

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Dirección: Calle 28 # 15-120

Fecha de Elaboración: Enero 2020

Municipio: DUITAMA

Vigencia: 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo industrial de uso hospitalario: \$ 92.600.000

Nombre del equipo	Ubicación	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsables	Actividades
				DD	MM	AA		
Compresor FIAC GMS 130	Consultorio odontología Servicio Extramural Avenidaños 1	2268	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Compresor SCHULZ MSV-6 30	Consultorio odontología Servicio Extramural La Florida	1983	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Compresor SCHULZ MSV-6 30 3557137	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	3370	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Nevera HACEB NE- 10 9 PIES	Cuarto de químicos Servicio Extramural La Trinidad	2164	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Compresor SCHULZ MS-3 30 1289	Consultorio odontología Servicio Extramural San Lorenzo	2140	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Compresor FIAC GMS 130	Consultorio odontología Servicio Extramural Santa Helena	2295	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje

Compresor SCHULZ MS-3 30	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	2460	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Ambulancia HYUNDAI H1 2008 STAREX 401 2607	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 059	Mensual	02 al 09	01 a 12	2020	Gerente / contratista	Revisión de los documentos del vehículo, revisión de equipo de carretera, revisión del estado llanta de repuesto, revisión del nivel de aceite hidráulico y revisión de estado de los extintores.
Ambulancia HYUNDAI H1 2008 STAREX 401 2607	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 059	Semestral	15 al 25	04 10	2020	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.
Ambulancia HYUNDAI H1 2008 STAREX 401 2607	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 059	Anual	15 a 25	9	2020	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general.
Unidad móvil 1 MAZDA 1991 T-45 TITAN 4,5 METAL 3469183	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 215	Mensual	02 al 09	01 a 12	2020	Gerente / contratista	Revisión de los documentos del vehículo, revisión de equipo de carretera, revisión del estado llanta de repuesto, revisión del nivel de aceite hidráulico y revisión de estado de los extintores.
Unidad móvil 1 MAZDA 1991 T-45 TITAN 4,5 METAL 3469183	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 215	Semestral	15 al 25	03 09	2020	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.
Unidad móvil 1 MAZDA 1991 T-45 TITAN 4,5 METAL 3469183	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 215	Anual	15 a 25	11	2020	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general.

Unidad móvil 2 CHEVROLET NKR 2015 ISUZU 4JJI- TC 96DMR85XFB01924 4	ESE Salud del Tundama sede Principal	OCM - 295	Mensual	02 al 09	01 a 12	2020	Gerente / contratista	Revisión de los documentos del vehículo, revisión de equipo de carretera, revisión del estado llanta de repuesto, revisión del nivel de aceite hidráulico y revisión de estado de los extintores.
Unidad móvil 2 CHEVROLET NKR 2015 ISUZU 4JJI- TC 96DMR85XFB01924 4	ESE Salud del Tundama sede Principal	OCM - 295	Semestral	21 al 28	02 08	2020	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.
Unidad móvil 2 CHEVROLET NKR 2015 ISUZU 4JJI- TC 96DMR85XFB01924 4	ESE Salud del Tundama sede Principal	OCM - 295	Anual	17 a 24	6	2020	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general.
Chevrolet LUV D- MAX 2006 8LBETF16X6000224 5	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 049	Mensual	02 al 09	01 a 12	2020	Gerente / contratista	Revisión de los documentos del vehículo, revisión de equipo de carretera, revisión del estado llanta de repuesto, revisión del nivel de aceite hidráulico y revisión de estado de los extintores.
Chevrolet LUV D- MAX 2006 8LBETF16X6000224 5	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 049	Semestral	6 a 15	03 09	2020	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.
Chevrolet LUV D- MAX 2006 8LBETF16X6000224 5	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 049	Anual	17 a 21	7	2020	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general.
TOYOTA 2016 FORTUNER 8AJYX59G16910119	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXX - 145	Mensual	02 al 09	01 a 12	2020	Gerente / contratista	Revisión de los documentos del vehículo, revisión de equipo de carretera, revisión del estado llanta de repuesto, revisión del nivel de aceite hidráulico y revisión de estado de los extintores.

TOYOTA 2016 FORTUNER 8AJYX59G1G910119	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXK - 145	Semestral	19 a 24	04 10	2020	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.
TOYOTA 2016 FORTUNER 8AJYX59G1G910119	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXK - 145	Anual	17 a 24	8	2020	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general.
Generador eléctrico ECOHORSE AP 8500	Unidad móvil 1 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	19 al 24	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión general, de generador y conexiones eléctricas, revisión de arranque, nivel de aceite y cambio, cambio de filtro de gasolina pruebas de funcionamiento
Compresor odontológico SCHULZ MSV-6 30 0003463227	Unidad móvil 1 sede Principal	150	Cuatrimestral	19 al 24	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.
Generador eléctrico MECCALTE S16W-90 N° 3542-GE-3.5KVA 02489	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	19 al 24	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión general, de generador y conexiones eléctricas, revisión de arranque, nivel de aceite y cambio, cambio de filtro de gasolina pruebas de funcionamiento
Bomba de agua N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	19 al 24	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de motor, aspas, sistema eléctrico, verificación de tuberías, no debe haber fugas ni oxido. Verificación y limpieza de control eléctrico en tablero. Pruebas de funcionamiento.
Compresor odontológico SCHULZ MSV-6 0311235-0	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	19 al 24	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.

Planta eléctrica FG WILSON P150E	Zona industrial sede Principal	4668	Semestral	19 al 24	02 08	2020	Gerente / contratista	Verificación y limpieza del motor, cambio de filtros de aceite, análisis y sincronización del motor, verificación de transferencia eléctrica, ajustes eléctricos, mecánicos si son necesarios. Pruebas de funcionamiento del equipo y transferencia.
Bomba de agua 1 BARNES 1515HHE-5-3 1E0511	Cuarto de bombas sede Principal	No registra	Semestral	19 al 24	02 08	2020	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de motor, aspas, sistema eléctrico, verificación de tuberías, no debe haber fugas ni oxido. Verificación y limpieza de control eléctrico en tablero. Pruebas de funcionamiento.
Bomba de agua 2 BARNES 1515HHE-5-3 1E0511	Cuarto de bombas sede Principal	No registra	Semestral	19 al 24	02 08	2020	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de motor, aspas, sistema eléctrico, verificación de tuberías, no debe haber fugas ni oxido. Verificación y limpieza de control eléctrico en tablero. Pruebas de funcionamiento.
Bomba de agua 3 BARNES 1515HHE-5-3 1E0511	Cuarto de bombas sede Principal	No registra	Semestral	19 al 24	02 08	2020	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de motor, aspas, sistema eléctrico, verificación de tuberías, no debe haber fugas ni oxido. Verificación y limpieza de control eléctrico en tablero. Pruebas de funcionamiento.
Bomba de agua sistema contra incendio SIEMENS	Cuarto de bombas sede Principal	No registra	Semestral	15 a 28	04 10	2020	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de motor, aspas, sistema eléctrico, verificación de tuberías, no debe haber fugas ni oxido. Verificación y limpieza de control eléctrico en tablero. Pruebas de funcionamiento.
Autoclave automático hospitalario ARAVELL 100 L	Esterilización Sede Principal	308	Cuatrimestral	15 a 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de resistencia calefactoras, sistema eléctrico, controles del equipo, limpieza de tanque de almacenamiento de agua destilada, limpieza de válvulas de seguridad, verificación de accionamiento, revisión de estado físico de cámara y empaque y seguro de puerta. Validación de equipo anual, (marzo 2020) según cronograma específico de calibración adjunto y normatividad vigente.
Autoclave de mesa AUTOMAT 12L 9000	Esterilización sede Principal	2892	Cuatrimestral	15 a 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de resistencia calefactoras, sistema eléctrico, controles del equipo, limpieza de tanque de almacenamiento de agua destilada, limpieza de válvulas de seguridad, verificación de accionamiento, revisión de estado físico de cámara y empaque y seguro de puerta. Validación de equipo anual, (marzo 2020) según cronograma específico de calibración adjunto y normatividad vigente.

Autoclave de mesa RITTER M11-022 5223229	Laboratorio clínico sede Principal	305	Cuatrimestral	15 a 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de resistencia calefactoras, sistema eléctrico, controles del equipo, limpieza de tanque de almacenamiento de agua destilada, limpieza de válvulas de seguridad, verificación de accionamiento, revisión de estado físico de cámara y empaque y seguro de puerta. Validación de equipo anual, (marzo 2020) según cronograma específico de calibración adjunto y normatividad vigente.
Horno de secado MEMMERT ULM 400	Laboratorio clínico sede Principal	1079	Cuatrimestral	15 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de resistencias calefactoras, control de temperatura, sistema eléctrico, ajuste si es necesario, pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general.
Maquina selladora ICANCLAVE SEAL 100	Esterilización sede Principal	312	Cuatrimestral	22 al 27	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Desarme del equipo, limpieza y ajuste de resistencia calefactora, ajuste de partes mecánicas, revisión y limpieza de circuitos eléctricos, verificación de funcionamiento, limpieza general.
Cuarto frio COPELAND KAKA- 0200 TAC-200	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	No registra	Trimestral	20 a 27	02 05 08 11	2020	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de radiadores, motores de radiadores, tubería, verificación de nivel de aceite y refrigerante, limpieza y verificación de control de temperatura, ajustes mecánicos y de programación si son necesarios. Pruebas de funcionamiento del equipo.
Nevera ICASA DE VILLE	Administración sede Principal	174	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Refrigerador VESTFROST MK-204	Farmacia sede Principal	1058	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Nevera HACEB NE- 10 VERTICAL J94097817	Laboratorio clínico sede Principal	1060	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura

Nevera ABBA RL-5 VERTICAL 03020025	Laboratorio clínico sede Principal	939	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Refrigerador VESTFROST MK-304 HORIZONTAL 20090874140	Laboratorio clínico sede Principal	1608	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Nevera VESTFROST MK 304 130788 2006090522	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1621	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Congelador GAMMFROID CCS1300A	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1619	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Refrigerador VESTFROST MK 304	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1623	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Congelador VESTFROST CFS 344	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1616	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Congelador VESTFROST CFS 344	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1615	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura

Refrigerador VESTFROST MK-304 130788 20094471048	Vacunación sede Principal	522	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Congelador CHALLENGER CV 43	Vacunación sede Principal	521	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Aspiradora SAKY SAKY 1600	Archivo central sede Principal	1494	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico, limpieza general
Brilladora GLOWSTEN AD15016-2084	Servicios generales sede Principal	2903	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico, limpieza general.
Ascensor THYSENKRUPP	Ese salud del Tundama sede Principal	No registra	Mensual	05 al 20	01 a 12	2020	Gerente / contratista	Verificación de los sistemas de control, motores, sistema eléctrico, ajustes mecánicos de cierre de puerta, nivelación de cabina en pisos, lubricación poleas, rodamientos, limpieza de foso. Pruebas de funcionamiento.
Compresor odontológico SCHULZ CSV20 VERTICAL	Cuarto de compresores Sede Principal	No registra	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.
Compresor odontológico SCHULZ MSV-12 2304221	Cuarto de compresores Sede Principal	287	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.

Compresor odontológico SCHULZ MSV12 HORIZONTAL	Cuarto de compresores Sede Principal	2545	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.
Compresor DISCOVER JN34 PROFESIONAL 111000095	Mantenimiento Sede Principal	No registra	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.
Alarma sonora FIRE LITE BG-12LX 46191507	Ese salud del Tundama sede Principal	No registra	Semestral	20 a 28	02 08	2020	Gerente / contratista	Verificar que el tablero de control esta en condición normal, desconectar el ac del panel de control y verificar que reporte avería, conectar el ac al tablero de control y verificar su condición normal. Desconectar las baterías del panel de control y verificar el reporte de avería, conectar las baterías al panel de control y verificar su condición normal. Desconectar los circuitos de notificación en el panel de control. Activar varios detectores de cualquier lazo, verificar el reporte de alarma.
Balanza electrónica ESSEN SWTCSA 300	Cuarto de residuos sede Principal	2979	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Control de funcionamiento del equipo con pesas patrón (verificación) ajustar si es necesario limpieza general.
Aire acondicionado LG VM242C7 SPLIT INVERTER	Centro de datos sede Principal	2696	Cuatrimestral	15 al 25	03 07 11	2020	Gerente / Contratista	Desarme de las partes, limpieza mediante aspiradora de filtros, ventilador, evaporador y tapas, limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagote, rearmado de todas las partes y colocación de filtros. Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo.
Nevera HACEB NE-10 9 PIES M94134222	Cuarto de residuos sede Principal	1653	Cuatrimestral	22 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura.
Ups FORZA SL1001	Digiturno Sede Principal	3284	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

Ups FORZA SL1001	Comunicaciones Sede Principal	1814	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Control interno Sede Principal	409	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 v-a forza	Farmacia Sede Principal	1173	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 v-a	Sistemas Sede Principal	1423	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Centro de datos Sede Principal	281	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Coordinación IAMI Sede Principal	282	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 va	Laboratorio Sede Principal	350	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

Ups 1000 v-a fuerza	Facturación y citas Sede Principal	1166	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 v-a	Recepción asistencial Sede Principal	746	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500va regulada (negra)	Laboratorio Sede Principal	1671	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500va regulada (negra)	Facturación y citas Sede Principal	1667	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500va regulada (negra)	Sistemas Sede Principal	1670	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500w regulada en torre (o145)	Facturación y citas Sede Principal	1162	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500w regulada en torre (o351)	Mantenimiento Sede Principal	1032	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

Ups (o370)	Consultorio gestante Sede Principal	499	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups en torre (o559)	Cons. Medicina 2 centro Amigable Sede Principal	1276	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups en torre (o971)	Auditorio Sede Principal	190	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups (o573)	Facturación y citas Sede Principal	2336	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500va regulada (o598)	Laboratorio Sede Principal	1052	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups regulada negra (o735)	Centro de datos Sede Principal	1825	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups regulada negra (o774)	Profesional calidad Sede Principal	1826	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

UPS general	Centro de datos Sede Principal	1564	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups maruson pb900ss (o951)	Centro de datos Sede Principal	734	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups (o952)	Farmacia Sede Principal	932	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups plana blanca (o564)	Coord. Enfermería PYP Sede Principal	558	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Almacén oficina Sede Principal	3616	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
UPS 1 KVA	Contratación Sede Principal	3606	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
UPS 750 VA	Vigilancia Sede Principal	3603	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

UPS 750 VA	Gerencia Sede Principal	3604	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
UPS 750 VA	Farmacia Sede Principal	3605	Cuatrimestral	15 al 25	02 06 10	2020	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO