

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Dirección: Calle 28 # 15-120

Municipio: DUITAMA

Fecha de Elaboración: Enero 2021

Vigencia: 2021

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo industrial de uso hospitalario: \$ 82.600.000

Nombre del equipo	Ubicación	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsables	Actividades
				DD	MM	AA		
Compresor Marca: FIAC Modelo: GMS 130 Serie: N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Avendaños 1	2268	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Compresor Marca: SCHULZ Modelo: MSV-6 30 Serie: N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Florida	1983	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Compresor Marca: SCHULZ Modelo: MSV-6 Serie: 30 3557137	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	3370	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Compresor Marca: SCHULZ Modelo: MS-3 Serie: 30 1289	Consultorio odontología Servicio Extramural San Lorenzo	2140	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Compresor Marca: FIAC Modelo: GMS 130 Serie: N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Santa Helena	2295	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Compresor Marca: SCHULZ Modelo: MS-3 30 Serie: N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	2460	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / Contratista	Revisión general, de motor y conexiones eléctricas, revisión de sistema mecánico y neumático verificación de válvula seguridad presostato y drenaje
Ambulancia Marca: HYUNDAI Modelo: H1 2008 Serie: STAREX 401 2608	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXK - 059	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 10	2021	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.
Ambulancia Marca: HYUNDAI Modelo: H1 2008 Serie: STAREX 401 2609	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXK - 059	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	9	2021	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general.
Unidad móvil Marca: CHEVROLET NKR 2015 Modelo: ISUZU 4JJI-TC Serie: 9GDMR85XFB019244	ESE Salud del Tundama sede Principal	OCM - 295	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	02 08	2021	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.

Unidad móvil Marca: CHEVROLET NKR 2015 Modelo: ISUZU 4JJI-TC Serie: 9GDMR85XFB019244	ESE Salud del Tundama sede Principal	OCM - 295	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	6	2021	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general.
Camioneta Marca: Chevrolet LUV D-MAX Modelo:2006 Serie: 8LBETF1G60002245	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXK - 049	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	03 09	2021	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.
Camioneta Marca: Chevrolet LUV D-MAX Modelo:2006 Serie: 8LBETF1G60002246	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXK - 049	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	7	2021	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general.
Camioneta Marca: TOYOTA Modelo: 2016 FORTUNER Serie: 8AJYX59G1G910119	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXK - 145	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 10	2021	Gerente / contratista	Cruce de las llantas en cruz, revisión de baterías, revisión nivel de agua de las baterías, revisión de pastillas y asbestos de los frenos y revisión de freno de seguridad.
Camioneta Marca: TOYOTA Modelo: 2016 FORTUNER Serie: 8AJYX59G1G910119	ESE Salud del Tundama sede Principal	OXK - 145	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	8	2021	Gerente / contratista	Revisión y mantenimiento general, revisión de tecno mecánica, revisión de valvulina de la caja, ajuste general, revisión y mantenimiento arranque, revisión y/o cambio de rodamientos, revisión de correa de distribución, sincronización de motor, alineación y balanceo, revisión eléctrica, revisión de suspensión y revisión de la dirección engrase general. Revisión de generador electrico y bomba de agua.
Compresor odontológico Marca: SCHULZ Modelo: MSV-6 Serie: 0311235-0	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.
Planta eléctrica Marca: FG WILSON Serie: P150E	Zona industrial sede Principal	4668	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	02 08	2021	Gerente / contratista	Verificación y limpieza del motor, cambio de filtros de aceite, análisis y sincronización del motor, verificación de transferencia eléctrica, ajustes eléctricos, mecánicos si son necesarios. Pruebas de funcionamiento del equipo y transferencia.
Bomba de agua 1 Marca: BARNES Modelo: 1515HHE-5-3 1E0511	Cuarto de bombas sede Principal	No registra	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	02 08	2021	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de motor, aspas, sistema eléctrico, verificación de tuberías, no debe haber fugas ni oxido. Verificación y limpieza de control eléctrico en tablero. Pruebas de funcionamiento.

Bomba de agua 2 Marca: BARNES Modelo: 1515HHE-5-3 1E0511	Cuarto de bombas sede Principal	No registra	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	02 08	2021	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de motor, aspas, sistema eléctrico, verificación de tuberías, no debe haber fugas ni oxido. Verificación y limpieza de control eléctrico en tablero. Pruebas de funcionamiento.
Bomba de agua 3 Marca: BARNES Modelo: 1515HHE-5-3 1E0511	Cuarto de bombas sede Principal	No registra	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	02 08	2021	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de motor, aspas, sistema eléctrico, verificación de tuberías, no debe haber fugas ni oxido. Verificación y limpieza de control eléctrico en tablero. Pruebas de funcionamiento.
Autoclave automático hospitalario Marca: ARAVELL Modelo: 100 L Serie: 01208011	Esterilización Sede Principal	308	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de resistencia calefactoras, sistema eléctrico, controles del equipo, limpieza de tanque de almacenamiento de agua destilada, limpieza de válvulas de seguridad, verificación de accionamiento, revisión de estado físico de cámara y empaque y seguro de puerta. Validación de equipo anual, (MAYO 2021) según normatividad vigente.
Autoclave de mesa Marca: AUTOMAT Modelo: 12L Serie: 90000691	Esterilización sede Principal	2892	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de resistencia calefactoras, sistema eléctrico, controles del equipo, limpieza de tanque de almacenamiento de agua destilada, limpieza de válvulas de seguridad, verificación de accionamiento, revisión de estado físico de cámara y empaque y seguro de puerta. Validación de equipo anual, (MAYO 2021) según normatividad vigente.
Autoclave de mesa Marca: RITTER Modelo: M11 Serie: 022 5223229	Laboratorio clínico sede Principal	305	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de resistencia calefactoras, sistema eléctrico, controles del equipo, limpieza de tanque de almacenamiento de agua destilada, limpieza de válvulas de seguridad, verificación de accionamiento, revisión de estado físico de cámara y empaque y seguro de puerta. Validación de equipo anual, (MAYO 2021) según normatividad vigente.
Horno de secado Marca: MEMMERT Modelo: ULM 400 Serie: 2931502	Laboratorio clínico sede Principal	1079	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de resistencias calefactoras, control de temperatura, sistema eléctrico, ajuste si es necesario, pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general.
Maquina selladora Marca: ICANCLAVE Modelo: SEAL 100 Serie: 7261	Esterilización sede Principal	312	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Desarme del equipo, limpieza y ajuste de resistencia calefactora, ajuste de partes mecánicas, revisión y limpieza de circuitos eléctricos, verificación de funcionamiento, limpieza general.
Cuarto frio Marca: COPELAND KAKA Modelo: 0200 TAC Serie: 200	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	No registra	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	02 05 08 11	2021	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de radiadores, motores de radiadores, tubería, verificación de nivel de aceite y refrigerante, limpieza y verificación de control de temperatura, ajustes mecánicos y de programación si son necesarios. Pruebas de funcionamiento del equipo.

Nevera Marca: ICASA Modelo: DE VILLE Serie: 4866	Administración sede Principal	174	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Refrigerador Marca: VESTFROST Modelo: MK-204 Serie: 20073674391	Farmacia sede Principal	1058	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Nevera Marca: HACEB Modelo: NE-10 VERTICAL Serie: J94097817	Laboratorio clínico sede Principal	1060	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Nevera Marca: ABBA Modelo: RL-5 VERTICAL Serie: 03020025	Laboratorio clínico sede Principal	939	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Refrigerador Marca: VESTFROST Modelo: MK-304 HORIZONTAL Serie: 20090874140	Laboratorio clínico sede Principal	1608	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Nevera Marca: VESTFROST Modelo: MK 304 Serie: 130788 2006090522	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1621	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Congelador Marca: GAMMFROID Modelo: CCS1300A Serie: 20041503735	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1619	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Refrigerador Marca: VESTFROST Modelo: MK 304 Serie: 20090254623	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1623	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Congelador Marca: VESTFROST Modelo: CFS 344 Serie: N.R.	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1616	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Congelador Marca: VESTFROST Modelo: CFS 344 Serie: N.R.	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1615	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Refrigerador Marca: VESTFROST Modelo: MK-304 Serie: 130788 20094471048	Vacunación sede Principal	522	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura
Congelador Marca: CHALLENGER Modelo: CV 43 Serie: 1643041399	Vacunación sede Principal	521	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura

<p>Ascensor Marca: THYSSENKRUPP Modelo: N.R. Serie: N.R.</p>	<p>Ese salud del Tundama sede Principal</p>	<p>No registra</p>	<p>Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)</p>	<p>15 al 30</p>	<p>04 08 11</p>	<p>2021</p>	<p>Gerente / contratista</p>	<p>Verificación de los sistemas de control, motores, sistema eléctrico, ajustes mecánicos de cierre de puerta, nivelación de cabina en pisos, lubricación poleas, rodamientos, limpieza de foso. Pruebas de funcionamiento.</p>
<p>Compresor odontológico Marca: SCHULZ Modelo: CSV20 VERTICAL Serie: N.R.</p>	<p>Cuarto de compresores Sede Principal</p>	<p>No registra</p>	<p>Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)</p>	<p>15 al 30</p>	<p>04 08 11</p>	<p>2021</p>	<p>Gerente / contratista</p>	<p>Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.</p>
<p>Compresor odontológico Marca: SCHULZ Modelo: MSV 12 Serie: 2304221</p>	<p>Cuarto de compresores Sede Principal</p>	<p>287</p>	<p>Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)</p>	<p>15 al 30</p>	<p>04 08 11</p>	<p>2021</p>	<p>Gerente / contratista</p>	<p>Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.</p>
<p>Compresor odontológico Marca: SCHULZ Modelo: MSV12 HORIZONTAL Serie: N.R.</p>	<p>Cuarto de compresores Sede Principal</p>	<p>2545</p>	<p>Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)</p>	<p>15 al 30</p>	<p>04 08 11</p>	<p>2021</p>	<p>Gerente / contratista</p>	<p>Desarme de motores, limpieza de rodamientos, poleas, filtros de aire y silenciador. Purga de tanque, limpieza y verificación de válvulas de seguridad, presostato. Verificación de sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.</p>
<p>Alarma sonora Marca: FIRE LITE Modelo: B6-12LX Serie: 46191507</p>	<p>Ese salud del Tundama sede Principal</p>	<p>No registra</p>	<p>Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)</p>	<p>15 al 30</p>	<p>02 08</p>	<p>2021</p>	<p>Gerente / contratista</p>	<p>Verificar que el tablero de control esta en condición normal, desconectar el ac del panel de control y verificar que reporte avería, conectar el ac al tablero de control y verificar su condición normal. Desconectar las baterías del panel de control y verificar el reporte de avería, conectar las baterías al panel de control y verificar su condición normal. Desconectar los circuitos de notificación en el panel de control. Activar varios detectores de cualquier lazo, verificar el reporte de alarma.</p>
<p>Aire acondicionado Marca: LG Modelo: VM242C7 Serie: 8M1G003V / 812TACXCR355</p>	<p>Centro de datos sede Principal</p>	<p>2696</p>	<p>Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)</p>	<p>15 al 30</p>	<p>04 08 11</p>	<p>2021</p>	<p>Gerente / Contratista</p>	<p>Desarme de las partes, limpieza mediante aspiradora de filtros, ventilador, evaporador y tapas, limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagote, rearmado de todas las partes y colocación de filtros. Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo.</p>
<p>Nevera Marca: HACEB Modelo NE-10 9 PIES Serie: M94134222</p>	<p>Cuarto de residuos sede Principal</p>	<p>1653</p>	<p>Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)</p>	<p>15 al 30</p>	<p>04 08 11</p>	<p>2021</p>	<p>Gerente / contratista</p>	<p>Revisión y limpieza estructural, verificación de control de temperatura, cambio de refrigerante si es necesario revisión de unidad de refrigeración pruebas de control de temperatura.</p>

Ups FORZA SL1001	Digiturno Sede Principal	3284	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Comunicaciones Sede Principal	1814	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Control interno Sede Principal	409	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 v-a fuerza	Farmacia Sede Principal	1173	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 v-a	Sistemas Sede Principal	1423	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Centro de datos Sede Principal	281	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Coordinación IAMI Sede Principal	282	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 va	Laboratorio Sede Principal	350	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 v-a fuerza	Facturación y citas Sede Principal	1166	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 1000 v-a	Recepción asistencial Sede Principal	746	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

Ups 500va regulada (negra)	Laboratorio Sede Principal	1671	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500va regulada (negra)	Facturación y citas Sede Principal	1667	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500va regulada (negra)	Sistemas Sede Principal	1670	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500w regulada en torre (o145)	Facturación y citas Sede Principal	1162	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500w regulada en torre (o351)	Mantenimiento Sede Principal	1032	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups (o370)	Consultorio gestante Sede Principal	499	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups en torre (o559)	Cons. Medicina 2 centro Amigable Sede Principal	1276	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups en torre (o971)	Auditorio Sede Principal	190	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups (o573)	Facturación y citas Sede Principal	2336	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups 500va regulada (o598)	Laboratorio Sede Principal	1052	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

Ups regulada negra (o735)	Centro de datos Sede Principal	1825	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups regulada negra (o774)	Profesional calidad Sede Principal	1826	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
UPS general	Centro de datos Sede Principal	1564	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups maruson pb900ss (o951)	Centro de datos Sede Principal	734	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups (o952)	Farmacia Sede Principal	932	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups plana blanca (o564)	Coord. Enfermería PVP Sede Principal	558	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
Ups FORZA SL1001	Almacén oficina Sede Principal	3616	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
UPS 1 KVA	Contratación Sede Principal	3606	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
UPS 750 VA	Vigilancia Sede Principal	3603	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
UPS 750 VA	Gerencia Sede Principal	3604	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.

UPS 750 VA	Farmacia Sede Principal	3605	Semestral	15 al 30	04 10	2021	Gerente / Contratista	Revisión de señales (Indicadores visuales), limpieza general, revisión de operación de los dispositivos, revisión de medidores. Voltaje de alimentación de CA y corriente, revisión de baterías, Bypass, transferencia, ajustes y Pruebas de funcionamiento.
------------	-------------------------	------	-----------	----------	----------	------	--------------------------	--

Observaciones: el intervalo de mantenimiento en las dos primeras fechas se va a realizar de manera cuatrimestral y la ultima de manera trimestral para garantizar que se realice el mantenimiento de los equipos biomédicos en la vigencia del año 2021 ya que si se realizan las 3 fechas de manera cutrimestral la ultima fecha se programaría en diciembre de 2021 y se corre el riesgo el cumplimiento de las actividades del ultimo mantenimiento generando retrasos en la entrega de reportes y actividades de mantenimiento.



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO