

COMITÉ ASESOR DE LA GERENCIA PARA EL TRÁMITE Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. 005-2026

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 005-2026
"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA".

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES INICIAL

En la ciudad de Duitama, el cuatro (04) de junio de 2026, a las 10:20 a.m., se reunieron, los integrantes del Comité Asesor asignados mediante Resolución No. 0515 del 27 de mayo de 2026 se reunieron VALERIA GRAJALES CASTRO - Profesional Universitario- Contador, LUZ ANGELA URIBE NOCUA - Líder Gestión de Contratación, y JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA - Profesional Universitario - Líder de Almacén, para efectuar la verificación preliminar de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada dentro del proceso de contratación No. 005 de 2026, constatándose la presentación de una (1) propuesta, en el acta de cierre así:

PROPUESTA No. 1 ALFA AM S.A.S

Se evidencia que propuesta tiene un salto en la foliación, por lo que se procede a foliar correctamente así:

Folios 532 al 538 es la foliación correcta, pues rectificando tenia un salto de numeración del 544 al 550

Siguiendo lo estipulado en los términos de condiciones, se procede a verificar de acuerdo al termino de condiciones establecido así:

REQUISITOS JURIDICOS

Requisitos	ALFA AM S.A.S
Carta de presentación	CUMPLE Folio 2
Documento de conformación del consorcio o unión temporal.	N/A
Registro Único Tributario (RUT)	CUMPLE Folios 353 - 358
Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Registro Mercantil	CUMPLE Folios 3 - 15 Expedición: 19/05/2026

Transformarlos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 1 de 16

	Matricula: 16/01/2004 Renovación: 30/03/2026
Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pagos de aportes de sus empleados	NO CUMPLE Aporta certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales de fecha 03/06/2026 suscrito por revisor fiscal y representante legal. NO aporta cedula, tarjeta profesional y antecedentes junta central de contadores de revisor fiscal. Folios 372-373
Certificado de inscripción en el Registro de Proponentes	NO CUMPLE Aporta RUP completo sin renovación de 2026, así mismo Aporta RUP actualizado de fecha 13/05/2026 Pero aporta solo cuatro hojas. RUP/2025 Folios 17-352 RUP/2026 Folios 532-535
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía	CUMPLE Folio 16
Declaración de no Presentar Inhabilidades e Incompatibilidades Ley 80 De 1993, ni Haber Sido Sancionados por Incumplimiento de Contratos Similares	CUMPLE Folio 374
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras y personas naturales extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más	CUMPLE Folios 369 – Anexa carta Folio 4 Duración indefinida (Camara de comercio)
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (boletín vigente)	CUMPLE Folios 363 – 364 Anexa antecedentes persona jurídica y representante legal

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 2 de 16



ESE
SALUD del TUNDAMA



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (boletín vigente).	NO CUMPLE Folios 367 Antecedentes representante legal No anexa antecedente persona jurídica
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (boletín vigente).	CUMPLE Folio 365
CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM	CUMPLE Folio 368
CONSULTA DE REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES	CUMPLE Folios 360 – 361
CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE MULTAS Y SANCIONES	CUMPLE Folio 362
DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR	N/A
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	NO CUMPLE Poliza N° NB – 100449999 Exp: 06/06/2026 Vigencia Desde: 04/06/2026 Hasta: 4/11/2026 Valor asegurado \$ 25.678.515,60 Anexa póliza sin firma de representante legal

De acuerdo a lo anterior se deja constancia que el proponente **NO CUMPLE** con los requisitos jurídicos hasta que subsane.


LUZ ÁNGELA URIBE NOCUA
Contratista Líder Gestión de Contratación

Transformamos con Amor la Salud para Duitama


Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)
www.saludtundama.gov.co
Cell: 310 869 2442
Página 3 de 16




ASPECTOS FINANCIEROS

REQUISITOS	ALFA AM S.A.S
Índice de Liquidez MAYOR O IGUAL $\geq 1,81$	4.43
Índice de Endeudamiento MENOR O IGUAL: $\leq 0,87$	0.52
Razón de cobertura de interés MAYOR O IGUAL $\geq 1,31$	124.50
CAPITAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL $\geq 12\%$ DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE CON EL 12% DEL PRESUPUESTO
Rentabilidad del Patrimonio MAYOR O IGUAL $\geq 0,07$	0.45
Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL $\geq 0,07$	0.21

De conformidad con la anterior verificación, se concluye que el proponente se encuentra habilitados en los aspectos financieros.



VALERIA GRAJALES CASTRO
Profesional Universitario- contadora

DOCUMENTOS TÉCNICOS:

REQUISITOS	ALFA AM S.A.S
EXPERIENCIA: El proponente deberá adjuntar una (1) certificación de contratos celebrados y liquidados, con entidades prestadoras de servicios de salud, pública o privada, nacionales o internacionales; cuyo objeto tenga relación con el presente proceso; cuyo valor individual sea superior al 100 % del valor establecido en el Presupuesto Oficial.	NO CUMPLE Aporta Actas de recibo a satisfacción, pero no anexa certificación, por lo que se solicita sea anexada certificación donde conste la información requerida. Folios 376-399
ESPECIFICACIONES	CUMPLE Folios 531

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 4 de 16



MARCA	NISSAN	X
REFERENCIA	FRONTIER 4X2 GASOLINA	X
TIPO	AMBULANCIA	X
MODELO	2026 Y/O 2027	X
COLOR DE BASE	Blanco	X
CILINDRAJE	2500 CC	X
POTENCIA	Aprox. 158 hp @ 6,000 rpm	X
DIRECCIÓN	asistida hidráulicamente	X
TRANSMISIÓN	mecánica 6 velocidades	X
SISTEMA DE INYECCIÓN	multipunto indirecto (MPFI)	X
TRACCIÓN	4X2	X
FRENOS	Sistema de frenos mixto o de discos	X
LLANTAS:	255/65R17 Rin 17	X
PESO BRUTO VEHICULAR	2.720 kg (aprox. 6.000 lbs)	X
CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA	1000 Kg	X
COMBUSTIBLE	GASOLINA	X
DISTANCIA ENTRE EJES	3,150 mm (3,15 METROS)	X
TANQUE DE COMBUSTIBLE	entre 60 y 80 litros (aprox. 16 a 21 galones)	X
ESTRUCTURA DE CARROCERÍA	Modular construida en tuberia y perfilera estructural. Uniones con soldadura MIG. Volumen simetrico en sentido longitudinal. Conformado por areas envolventes montadas sobre vigas longituinales principales que descansan sin ninguna modificacion sobre los anclajes originales del chasis. Forros en lamina totalmente lisa de fibra de vidrio con filtro uv. La estructura es preparada y tratada con soluciones epoxicas para posteriormente ser terminada dentro del proceso de señalizacion con lacas epoxicas de	X

Transformarlos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 5 de 16



ESE
SALUD del TUNDAMA



	colores seleccionadas por el cliente. Proporcionando mejores características en el terminado de la unidad.	
PAREDES	Como aislante termico y acustico se utiliza una lamina de alta densidad con agentes ignifugas y ecologicas certificadas. Sobre este aislamiento se instalan forros en laminas lisas de: fibra de vidrio o laminamelaminica de 3 mm de espesor con características bacteriostaticas y fungistaticas vigentes del sector salud.	X
PISOS	Piso del compartimiento del paciente en material antideslizante y resistente a agentes desinfectantes. Banda de proteccion en lamina de acero inoxidable para la circulacion de las ruedas de la camilla. Uniones del piso a paredes y banda de proteccion para la camilla hermeticamente sellada	X
DEFENSAS	Original del vehiculo Trasera: de preferencia se instala la original adaptada del vehiculo o la marca. Esta instalacion se efectuara sobre la proyeccion de los anclajes originales del chasis y con la tornilleria original. Cumple la premisa de sobrepasar 50 mm la proyeccion vertical de la cara posterior del vehiculo. Esta defensa estara recubierta de material antideslizante exento de bordes agudos o filos cortantes. Posee bandas reflectivas de alta luminosidad DOT 3 en las esquinas.	X
PUERTAS	El compartimento para traslados de pacientes posee el acceso principal o puerta trasera. Estos accesos al compartimiento de pacientes tienen diseño y construccion para ser hermeticas y evitar su apertura accidental por lo tanto estan dotadas de empaques y mecanismos de apertura	X

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 6 de 16



E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



	interior y exterior segun funcion y/o mediante llave. Las puertas traseras permiten su apertura desde el interior o exterior. Poseen ademas: Manijas interiores para cierre. Seguro, bordes curvos sin filos cortantes, bandas en cinta reflectiva y ventana con vidrio polarizado. Acceso ubicado en el costado derecho de la ambulancia con apertura util de 0.70 m de ancho y 1,70 m de altura girando sobre su eje vertical con mecanismo de cierre y apertura al y desde el interior del vehiculo	
MUEBLE BOTIQUIN LATERAL	esta constituido de piso a techo y de pared a pared sobre el costado izquierdo de la ambulancia. Permite ser desmontado para efectuar reparaciones de mayor complejidad y su construccion modular le permite ser adecuado para nuevas o mas especificas exigencias de uso. Posee un sistema de cierres para impedir la apertura accidental de los compartimientos. Estan fabricadas en M.U.F resistente a la humedad y forrada en formica con perfilera en aluminio y/o PVC. Los compartimientos superiores seran identificadas por color y con sus respectivas leyendas asi: AZUL: RESPIRATORIO ROJO: CIRCULATORIO AMARILLO: PEDIATRICO VERDE: QUIRURGICOS Y ACCESORIOS En la parte media posterior se localiza el compartimiento para la silla de ruedas y la camilla plegable. Esta recubierto de material lavable y posee un sistema de anclaje para evitar el movimiento de estos elementos en condiciones normales o en caso de accidente. Adicional se localiza el espacio para transporte de equipos medicos. Este compartimiento posee las tomas electricas y estructuras para realizar anclaje de diferentes instrumentos. El	X

[Handwritten signature]

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 7 de 16

	diseño del mueble permite que la dotación de norma y aun la adicional sea transportada de modo ordenado y practico para facilitar el acceso a la misma.	
VENTANAS	Vidrios de seguridad homologados para uso automotriz. Generan el flujo de ventilación y están recubiertos con película de seguridad tipo polarizado que permite la visibilidad solo de adentro hacia afuera. Los vidrios de las puertas traseras son fijos y se complementan con un dispositivo de seguridad tipo martillo para romperlas y activar la salida en caso de emergencia. La comunicación entre los compartimientos de pacientes y de conducción está garantizada por medio de dos ventanas corredizas.	X
SISTEMA ELECTRICO	Estará aislado y protegido del agua, señalizado e identificado en planos eléctricos y electrónicos de la ambulancia. Del alternador original del chasis se deriva una conexión a un inversor electrónico de corriente de 12v a 110v tipo sinusoidal, de 1750w de potencia y eficiencia de 90% que opera desde la zona de pacientes en un sitio protegido y de fácil acceso para su operación y mantenimiento. Contará con dos circuitos independientes uno para el vehículo y otro para el compartimiento del paciente. El vehículo para la zona de pacientes tendrá un interruptor maestro que permita desconexión para efectos de seguridad. Todos los cables, interruptores y sistemas soportarán una tensión de mínimo 25% por encima de la capacidad nominal del circuito. Todos los circuitos estarán protegidos por medio de fusibles adecuados de	X

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 8 de 16

[Handwritten signature]

	facil accesibilidad para su eventual sustitucion, los fusibles del equipo medico y conexiones del compartimiento del paciente iran en una caja unica en el compartimiento superior. Otros componentes del sistema electrico son: • Tomas a 12v • Tomas a 120v identificadas y situadas como lo indica la norma • Toma exterior de entrada tipo profesional resistente a la interperie • Cable encauchetado trifilar calibre 16 AWG con extremos adaptados y color vivo para su visualizacion. Tipo de Luces: La iluminacion interior cumplira con las minimas requeridas en la norma tecnica. El sistema de control de apagado y encendido sera de operación independiente en los dos compartimientos. Ademas posee un sistema de encendido automatico activado con temporizador electronico que ermitira tener las luces encendidas de la zona de pacientes aunque las puertas se encuentren cerradas. La dotacion de luces es: • Lamparas de tecnologia LED • Luz fria escualizable. Luces exteriores o de prioridad: sobre el techo de la carroceria en su parte delantera sobre el plano superior mas alto se instalara una barra de luces tipo LED de perfil bajo en aluminio estructural, domos en policarbonato de color rojo. A los costados llevara luces LED para delimitacion asi: • Cuatro luces rojas intermitentes	
--	--	--

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 9 de 16





	Cuatro luces blancas con inclinacion de 15 grados.	
SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL	Compartimiento independiente aislado con puerta al exterior por el costado con capacidad de 1 tanque fijo para oxigeno de uso hospitalario de 35m3. Soportes para el tanque de oxigeno a nivel central e inferior en aluminio con recubrimiento en caucho vulcanizado de los cuales evitaran el contacto directo de metal con el tanque. El tanque se entrega nuevo y goza de las certificaciones correspondientes. El compartimiento esta dotado de un orificio intercomunicador tipo ventana al interior para realizar maniobras de cierre de valvula y manometro. Como accesorio de este sistema de incorporar: Una llave de boca fija de 1.1/8 una manguera de conexión a la toma de pared, un regulador medicinal pre calibrado a 50 psi para cilindro con flujometro de pared calibrado de y 15 LPM. Sistema de oxigeno portatil de minimo 05 metros con regulador.	X
SISTEMA DE VENTILACION Y RENOVACION DE AIRE.	Compuesto por - Ventana abatible. - Ventana frontal corrediza intercomunicadora entre compartimiento para carroceria. - Ventana posterior corrediza intercomunicadora entre compartimientos para chasis con borde en serigrafia. - Aire acondicionado evaporador trasero y delantero según norma tecnica.	X
SISTEMA DE COMUNICACIÓN	Equipo de comunicaciones con instalacion y accesorios requeridos para el uso en la institucion.	X

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 10 de 16

SISTEMA DE SONIDO	Una sirena electronica con sistema de perifoneo tres tonos seleccionables independientes y actibables manualmente y una bocina.	X
COLOR Y EMBLEMAS	Pintura blanca estándar del vehiculo. Se desarrollara el diseño estandar basico a convenir con el supervisor. Los emblemas llevaran distintivos de ambulancia en la parte delantera y en la puerta trasera asi como los logos que la entidad indique para las puertas laterales. Todos los emblemas y disposicion estara estandarizada y dara cumplimiento a la norma tecnica colombiana NTC 3729.	X
CAMILLA PRINCIPAL	Segun NTC 3729 construida en perfileria de aluminio anclaje posterior y frontal al piso. Dosniveles de operación, espaldar abatible, cinturones de seguridad transversales colchoneta en vinilo lavable, barandas abatibles. Longitud: 2 metros medida entre los puntos mas sobresalientes de la estructura incluidas en las asideras y elementos adicionales de manejo y transporte. De la longitud al menos 1.80 metros estaran reservados al paciente. Ancho: 60 centimetros como maximo incluyendo barandillas y otros elementos adicionales, el ancho util para el paciete no sera menos de 50 centimentros. Altura: desde la base de los pies deslizantes a la parte superior del plano destinado al paciente 0.25 metros como minimo. En la posicion baja hasta 1.35 metros como maximo en la posicion alta. Tendra dos posiciones como minimo alta y baja. Cuatro pies abatibles y deslizantes con ruedas y en la cabecera dos ruedas de un diametro minimo de 5 pulgadas para su deslizamiento dentro del vehiculo. La disposicion de la camilla en el compartimiento del paciente debera	X

Transformarlos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 11 de 16

Wagot
\$
S



ESE
SALUD del TUNDAMA



	estar en forma tal que la cabeza del paciente este orientada hacia la parte delantera del vehiculo. La parte superior de la camilla corresponde a la cabeza, distara al menos 25 centimetros de la silla del auxiliador y la parte lateral derecha distara al menos 20 centimetros del asiento del acompañante. Los anclajes para fijar la camilla principal deben ser en acero inoxidable diseñados y fijados al piso de la ambulancia de tal forma que resistan el impacto que genera el trabajo cotidiano. En todo caso este sistema debe someterse a la aprobacion del comité tecnico y las demas consignadas en la norma tecnica colombiana NTC 3729 CAMILLA SECUNDARIA: La ambulancia tendra minimo una tabla espinal corta adicionalmente llevara una camilla larga que puede ser tabla espinal larga	
ASIENTO ACOMPAÑANTE	Se ubicara al lado derecho de la zona de pacientes construido sobre un mueble inferior que sirve como deposito para equipo abordo. La parte inferior o posadera es abatible en sentido longitudinal sobre el costado derecho, permite su apertura de manera frontal. Esta dividido en dos segmentos iguales. La posadera debe estar recubierta en vinilo lavable con uniones hermeticas y en espuma de densidad 30. Posee espaldares independientes para cada ocupante que integran apoyo con espalda cabeza y anclajes a la estructura de la carroceria para cinturones de tres puntos de formacion y certificacion automotriz colombiana. ASIENTO PARA PERSONAL AUXILIADOR: En el compartimiento de pacientes se localizara a la cabecera de la camilla principal instalada mirando hacia la misma, cinturon de seguridad vehicular espaldar y apoyacabezas. La	X

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)


www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 12 de 16

[Handwritten signature]

	posadera es abatible. La posadera y espaldar deben estar recubiertas en vinilos labable con uniones en espuma de densidad 30 que soporta lateralmente los movimientos del vehiculo.	
SILLA DE RUEDAS	Tipo plegable para ambulancia construccion ligera en lona lavable con empaques y soporte con sistema de anclaje. SOPORTE DE LIQUIDOS PARENTERALES: Tipo integral que permite abrazar en controno las bolsas de liquidos es abatible sin bordes cortantes.	X
HERRAMIENTAS	• Extintor para fuegos ABC con capacidad minima de carga de 2.26 kg para cada uno de los compartimientos de la ambulancia (conductor y pacientes) Cuenta con un conjunto e herramientas entre las que deben estar: • Dos chalecos reflectivos • Rueda de repuesto • Una llave de pernos o crucetas • Una tijera cortatodo • Un gato y equipo para sustitucion de ruedas • Señales reflectivas de emergencia • Dos tacos de maderapara bloqueo de llantas • Un martillo • Un juego de cables de iniciacion electrica para baterias • Una linterna con pilas • Destornilladores • Un alicate	X



Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 13 de 16



ESE
SALUD del TUNDAMA



	• Una palanca patecabra • Llaves de boca fija • Una cuerda elastica con ganchos para traccion • Una caja de fusibles surtidos de los usados por el vehiculo • Lampara con enchufe a toma corriente de 12v a 110v • Bombillos de repuesto de diferentes filamentos para las luces laterales utilizadas para el vehiculo. • Una cuchilla rompe cinturones de seguridad • Una llave peston de apertura	
CANECA DESECHOS	Tres (3) canecas con pedal NEGRA, BLANCO, ROJO, plásticas para basura.	X
DOTACION RESOLUCION 3100 TAB-	Desfibrilador DEA Una lampara de mano linterna con una bateria de respuesta Monitor de signos vitales Termohigrometro Una manta termica aluminizada Atril porta suero dos ganchos Un tensiometro adulto Aspirador de secreciones eletrico con dispositivos para succion de repuesto. Un tensiometro pediatrico Un pato mujeres Un fonendoscopio adulto Un pato hombres Un fonendoscopio pediatrico Tres canulas orofaringeas de diferentes tamaños Tijera de material o cortado Una riñonera Un termometro clinico Una perilla de succion Contenedores para segregacion y coleccion de residuos	X

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 14 de 16

Handwritten signature and initials.



ESE
SALUD del TUNDAMA



	Un dispositivo autoinflable de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno para adulto Guantes desechables Un dispositivo autoinflable de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno pediatrico Apositos de gasas y apositos de algodón Una mascara de no rehinalacion con reservorio adulto Ganchos de cordon umbilical Una mascara de no rehinalacion con reservorio pediatrica Cinta de esparadrapo y cita de micropore Una mascara de oxigeno adulto Sabanas para camilla Una canula nasal adulto Cobija para el paciente Canula nasal pediatrica Conjunto para inmovilización que debe contener collares cervicales graduables 02 adultos y dos pediátricos inmovilizadores laterales de cabeza férulas neumáticas de cartón o de plástico para el brazo antebrazo pierna y pie vendas de algodón vendas de gasa y vendas triangulares Un equipo básico para atención de partos, ligadura para cordón umbilical dos pinzas o dispositivos de hemostasia tijera de tejidos y perilla de succión.	
--	--	--

Se concluye que los proponentes NO se encuentran habilitado en los aspectos técnicos


JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA
Profesional Universitario Almacenista

Por lo anterior, el proponente **NO ENCUENTRA HABILITADO** para participar en la subasta inversa dentro del presente proceso, hasta tanto no subsane los requisitos jurídicos, financieros y técnicos.

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co


Cell: 310 869 2442

Página 15 de 16



Finalmente, se informa que se correrá traslado del presente informe por el término previsto en el cronograma del proceso, esto es, desde el cinco (05) de junio de 2026 hasta el nueve (09) de junio hasta las 5:00 pm de 2026, para los fines pertinentes.

Siendo las 3:30 pm se da por concluida la sesión de comité de evaluación del proceso contractual convocatoria pública No-005 de 2026, en constancia se firma la presente acta, tal como aparece:



VALERIA GRAJALES CASTRO
Profesional Universitario- contadora
ASPECTOS FINANCIEROS



LUZ ANGELA URIBE NOCUA
Contratista Líder Gestión de Contratación
ASPECTOS JURIDICOS



JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA
Profesional Universitario Almacenista
ASPECTOS TECNICOS

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 16 de 16